

ANEXO CONVOCATORIA

23/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Medidor con electrodo para pH y temperatura, con intervalo de medición de: 0 – 100 °C; 0.00 – 14.00 pH; -1999 – 1999 mV Resolución de la medición: 0,1°C; 0,01 pH; 1 mV Calibración para pH de mínimo 2 puntos y máximo 5 puntos.	
2	Esterilizador a microesferas de cuarzo, con recipiente de acero inoxidable. Deberá ser adecuado para esterilizar instrumental de tipo quirúrgico. La temperatura de trabajo es de 250° C.	
3	Pipeta 1 canal, volumen variable de 0,1 a 3µl, autoclavable, con cono para puntas o tips accionado por resorte para una mejor inserción y expulsión de los mismos con una fuerza mínima.	
4	Data Logger para control de temperatura y humedad relativa Rangos de trabajo de 0 a 100% RH, -40°C a 70°C (o -20° a 70°C)	