

ANEXO CONVOCATORIA

20/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Balanza analítica de precisión, con carcasa completa, de medición estable, caracterizada por una sensibilidad de 0,1mg y opción de pesada máxima de 220gramos	
2	Medidor con electrodo para pH y temperatura, con intervalo de medición de: 0 – 100 °C; 0.00 – 14.00 pH; -1999 – 1999 mV Resolución de la medición: 0,1°C; 0,01 pH; 1 mV Calibración para pH de mínimo 2 puntos y máximo 5 puntos.	
3	Esterilizador a microesferas de cuarzo, con recipiente de acero inoxidable. Deberá ser adecuado para esterilizar instrumental de tipo quirúrgico. La temperatura de trabajo es de 250° C.	
4	Pipeta 1 canal, volumen variable de 0,1 a 3µl, autoclavable, con cono para puntas o tips accionado por resorte para una mejor inserción y expulsión de los mismos con una fuerza mínima.	
5	Pipeta 1 canal, volumen variable de 5 a 50µl, autoclavable, con cono para puntas o tips accionado por resorte para una mejor inserción y expulsión de los mismos con una fuerza mínima.	
6	Pipeta 1 canal, volumen variable 20 a 200µl, autoclavable, con cono para puntas o tips accionado por resorte para una mejor inserción y expulsión de los mismos con una fuerza mínima.	