

# ANEXO CONVOCATORIA

## 2/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Apto para medición SEV y tomografías 2D y 3D, con los accesorios de conexión y adaptadores que sean necesarios para mediciones SEV y Tomografías 2D y 3 D, así como para descarga de datos a PC, con unidad de control y pantalla. Regulación automática. Error de medición de la resistividad &lt;1%. Con caja de transporte. Con batería 12 V</p> <p>El precio de todo accesorio no previsto en los ítems 2,3 y 4 que sea necesario para la operación del equipo en mediciones previamente indicadas deberá estar incluido en el presente ítem, incluso adaptador 220 V a 12 V cuando el equipo admitiese alimentación eléctrica mediante generador externo y no tuviera adaptador incorporado.</p>	
2	<p>Tramo cable multielectrodo, longitud 40 m. Con electrodos instalados cada 5m o menos y con conectores necesarios para acoplar tramos. Deben ser 6 unidades.</p>	
3	<p>Cable de corriente para perfilaje SEV, con carretel y electrodos. Longitud: 500m o superior.</p>	
4	<p>Cable para medición de potencial para perfilaje SEV. Con carretel y electrodos. Longitud: 100m c/u o superior.</p>	
5	<p>- compatible con Windows 10.</p>	